

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN CƠ HỌC

Địa chỉ: 264 Đội cấn - Ba đình - Hà nội

Tel: (84-4) 3.8325541; (84-4) 3.7629278 Fax: (84-4) 3.7629278

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ

Số: V05 CNS: 06/KĐ

Tên phương tiện đo: thiết bị biến dạng nhỏ PIT

Kiểu: PIT

Serial: 2875C

Nơi sản xuất: **Made in USA**

Các đặc trưng kỹ thuật:

- Phạm vi đo (m): $(0 \div 100)$

Cơ sở sử dụng: Công ty CP thương mại và xây dựng Hoàng Anh

Phương pháp thực hiện: V03.M-24

Chuẩn được sử dụng: Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của thiết bị biến dạng nhỏ (PIT)

Kết quả (Result):

Sai số phép đo chiều sâu (%): $\pm 0.05\%$

Kiểm định lần tới 21/3/2024

Ngày 21 tháng 03 năm 2022

Kỹ thuật

Ths. Đỗ Ngọc Tuyến



PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Lã Đức Việt